

Instrukcja użytkowania

REF Foot Extension, 20 x 10
800-0036

Podkładki wymienne
Foot Extension Pad 508-0090

PRZEZNACZENIE

Przedłużenie na stopy montuje się poziomo jako przedłużenie stołu lub pionowo jako podparcie stóp w przypadku stosowania odwrotnej pozycji Trendelenburga. Zamierzonymi użytkownikami tego urządzenia są pracownicy medyczni w szpitalach i ośrodkach chirurgicznych.



INFORMACJE OGÓLNE

- Produkt nie zawiera lateksu z kauczuku naturalnego.
- Urządzenie wytrzymuje proporcjonalne obciążenie pacjenta o wadze 227 kg (500 funtów) (pacjent o wzroście 193 cm (6 stóp i 4 cale) dla 99% modelu ludzkiego ciała).
- Gwarancja na produkt obejmuje wady produkcyjne przez okres 2 lat.
- W przypadku uszkodzenia podczas transportu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta dostępnym pod numerem (888) 724-8763 lub (781) 982-7000, aby uzyskać numer autoryzacji zwrotu materiału. W sprawach związanych z gwarancją należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
- Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745.
- Produkt nie wymaga konserwacji, przed kolejnym użyciem należy sprawdzić jego stan.
- Przy zwykłym użytkowaniu żywotność urządzenia wynosi 5 lat.
- Urządzenie przechowywać w temperaturze od -20°C do 30°C (od -4°F do +86°F).

INSTRUKCJE

Zapoznać się z funkcjami urządzenia do pozycjonowania pacjenta przed użyciem go wraz z pacjentem. Przed zastosowaniem klinicznym należy zawsze przećwiczyć użycie na pielęgniarce, lekarzu lub odpowiednim ochotniku.

Montowanie przedłużenia na stopy do stołu chirurgicznego

1. Zamocować zaciski proste nr części 800-0228 (sprzedawane oddzielnie) na szynach bocznych.
2. Włożyć słupki montażowe do zacisków prostych po obu stronach stołu.
3. Obrócić uchwyt w prawo, aby dokręcić zaciski.

Demontowanie przedłużenia na stopy ze stołu chirurgicznego

1. Obrócić uchwyt zacisku prostego w lewo, aby poluzować przedłużenie na stopy.
2. Zdemontować przedłużenie na stopy ze stołu operacyjnego i odpowiednio zabezpieczyć w miejscu magazynowania.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (maksymalne)

- Długość: 25 cm +/- 1 cm (10 cali +/- 0,5 cala)
- Szerokość: 51 cm +/- 1 cm (20 cali +/- 0,5 cala)
- Głębokość: 10 cm +/- 1 cm (3,75 cala +/- 0,5 cala) (z podkładką)
- Waga urządzenia: 2,4 kg +/- 0,22 kg (5,25 funta +/- 0,5 funta)
- Mocowane do szyny stołu chirurgicznego w części nożnej
- Montaż jednoosobowy

PRZEGLĄD KOMPONENTU

Przedłużenie na stopy może służyć jako przedłużenie stołu operacyjnego lub podparcie dla stóp. Do prawidłowego korzystania z podparcia na stopy wymagany jest zacisk prosty (sprzedawany oddzielnie).

Patrz wymiary szyn bocznych poniżej:

Stany Zjednoczone: 9,5 mm x 28,5 mm (0,374 cala x 1,122 cala), nr części 800-0228

Denyer: 6 mm x 38 mm (0,236 cala x 1,496 cala), nr części 800-0228-DEN

Europa: 10 mm x 25 mm (0,394 cala x 0,984 cala), nr części 800-0228-EU

Eschmann (Wielka Brytania): 6 mm x 32 mm (0,236 cala x 1,260 cala), nr części 800-0228-UK

Japonia: 9 mm x 32 mm (0,354 cala x 1,260 cala), nr części 800-0228-JPN

Szwajcaria: 10 mm x 30 mm (0,394 cala x 1,181 cala), nr części 800-0228-SWISS

Podkładki wymienne: Foot Extension Pad 508-0090

UTYLIZACJA

- **Ogólne** — Przed utylizacją produktu przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję, aby zapobiec ewentualnym zakażeniom.
- **Opakowanie** — Materiały opakowaniowe należy usuwać wraz z odpadami domowymi, zgodnie z przepisami krajowymi.
- Firma SchureMed przyjmuje z powrotem zużyte lub wycofane produkty — lub należy zutylizować je zgodnie z przepisami krajowymi.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA PRODUKTU

OSTRZEŻENIE!

Maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać proporcjonalnego obciążenia pacjenta ważącego 227 kg (500 funtów). W przypadku stołów chirurgicznych o niskiej nośności maksymalnej należy uważać, aby nie przeciążyć szyn akcesoriów.



OSTRZEŻENIE! Nie używać urządzenia ponownie, jeśli widoczne są jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub występują problemy dotyczące jego działania. Przed ponownym użyciem należy skontaktować się z producentem.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenia wynikają z nieprawidłowego użytkowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania stołu operacyjnego.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Należy postępować zgodnie z aktualnymi wytycznymi publikowanymi w czasopiśmie stowarzyszenia Association of periOperative Registered Nurses, dotyczącymi prawidłowych procedur czyszczenia i dezynfekowania.



OSTRZEŻENIE!

Przestrzegać norm dotyczących patogenów krwiopochodnych określonych przez Administrację Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy. Do czyszczenia akcesoriów używać zalecanej odzieży ochronnej, rękawic, masek i ochrony oczu.

PRZESTROGA

Należy dokładnie przeczytać wskazówek producenta płynów czyszczących i ściśle ich przestrzegać. NIE WOLNO stosować środków czyszczących zawierających fenole.

- 1. Główne zanieczyszczenia usuwać z akcesorium za pomocą materiałów jednorazowego użytku. Przestrzegać odpowiednich procedur usuwania odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne.*
- 2. Nanieść obficie płyn czyszczący na całe akcesorium i wytrzeć czystą, niestrzępiącą się szmatką, aż cała wilgoć i płyn czyszczący zostaną usunięte z akcesorium.*
- 3. Pozostawić do wyschnięcia.*

UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i / lub pacjent ma siedzibę.

Wersje językowe instrukcji użytkowania w postaci elektronicznej

Aby pobrać i wydrukować instrukcję użytkowania, należy odwiedzić stronę internetową www.schuremed.com

Glosariusz symboli

Symbol	Tytuł
	Producent
	Data produkcji
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii
	Importer
	Numer seryjny
	Ostrzeżenie
	Urządzenie medyczne
	Unikalny identyfikator urządzenia
	Oznakowanie CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Bezpłatny numer telefonu (888) 724-8763 | **tel.** (781) 982-7000 | **faks** (781) 982-7001

| orders@schuremed.com

